DÜRR DENTAL FARO
Sterilization

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE – Allegato II [1] Direttiva 93/42/CEE [2]
UE DECLARATION OF CONFORMITY – Annex II Directive [1] 93/42/EEC [2]
UE DECLARATION DE CONFORMITE – Annexe II Directive [1] 93/42/EEC [2]
EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG – Anhgang II Richtlinie [1] 93/42/EWG [2]
DECLARACION DE CONFORMIDAD UE – Anexo II Directiva [1] 93/42/EEC [2]

CE

Il Fabbricante / The Manufacturer / Le Fabricant / Vom Herstellers / El fabricante:

Duerr Dental Faro Sterilization Srl
Via Faro 15, 20876 - Ornago (MB)
Italy

IT - dichiara sotto la sola propria responsabilità, che il dispositivo:
EN - declares under its own responsibility, that the device:
FR - déclare sous sa propre responsabilité, que les dispositifs :
DE - erklärt auf eigene Verantwortung, dass Gerät:
ES - declara bajo su propia responsabilidad que el dispositivo:

Serie	Model	General description	GMDN code	Annex IX 93/42/EEC	
				Rule	Class
HC40	NISEA 18 NISEA 23	Small Steam Sterilizer	38671 Sterilizer, moist heat, wrapped goods	15	IIb

IT - in tutte le sue varianti, soddisfa i requisiti essenziali richiesti dall'Allegato I della Direttiva 93/42/CEE [2]
EN - in all its versions, meets the Essential Requirements laid down in Annex 1 of the Directive 93/42/EEC[2]
FR - dans ses différentes versions, satisfait les Exigences Essentielles de la directive 93/42/EEC[2]
DE - in all seinen Varianten, erfüllt die grundlegenden Anforderungen von Anhang I der Richtlinie 93/42 / EWG[2]
ES - en todas sus versiones, cumpla los Requisitos Esenciales establecidos en el Anexo I de la Dir. 93/42/CEE[2]

IT - Per la valutazione della conformità sono state applicate le seguenti norme:	EN 61010-2-040
EN- The following standards were used for the conformity assessment:	EN 61010-1
FR - Les normes suivantes ont été utilisées pour l'évaluation de la conformité:	EN 61326-1
DE - Die folgenden Normen wurden für die Konformitätsbewertung angewendet:	EN 62304
ES - Las siguientes normas se han utilizado para la evaluación de la conformidad:	EN 13060
	EN 14971

[1] escluso punto 4 / excluded point 4 / Point exclu 4 / punto 4 excluidos / ausgenommen Punkt 4
[2] e ss.mm.ii. / as amended / et de ses modifications et compléments successifs / und nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen / modificada
Come da regolamento 2023/607 / as per Regulation 2023/607 / conformément au règlement 2023/607 / gemäß der Verordnung 2023/607 / de acuerdo con el Reglamento 2023/607

IT - Certificato CE 2097/MDD emesso dall'Organismo Notificato 0051 - IMQ SpA Via Quintiliano 43 - 20138 Milan - Italy.
EN - CE Certificate 2097/MDD issued by Notified Body 0051 - IMQ SpA Via Quintiliano 43 - 20138 Milan - Italy.
FR - Certificat CE 2097/MDD délivré par l'Organisme Notifié 0051 - IMQ SpA Via Quintiliano 43 - 20138 Milan - Italie.
DE - CE-Zertifikat 2097/MDD, ausgestellt von der benannten Stelle 0051 - IMQ SpA Via Quintiliano 43 - 20138 Mailand - Italien.
ES - Certificado CE 2097/MDD emitido por el Organismo Notificado 0051, IMQ SpA Via Quintiliano 43-20138 Milán - Italia.

Emessa il/issued on: 11/04/2024
Valida fino a/Valid Until: 31/12/2028 [3]

Cristina Cesari
CEO